



深圳市东华计量检测技术有限公司
Shenzhen Donghua Metrology & Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L6482

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: DH26AA005760001
Certificate No.

委托方名称: 幼儿园
Client name

委托方地址: 号
Add. of Client

计量器具名称: 触摸屏辐射照度计
Name of Instrument

型号/规格: TS280+E254
Type/Specification

制造单位: 深圳市速德瑞科技有限公司
Manufacturer

器具编号: TS2802603051+E2632065
Serial No.

接收日期: 2026 年 03 月 10 日
Date of Receipt Year Month Day

校准日期: 2026 年 03 月 11 日
Date of calibration Year Month Day

批准人: 曾海洋 曾海洋
Approved by

签发日期: 2026 年 03 月 13 日
Date of issue Year Month Day

核验员: 万坚 万坚
Checked by

校准员: 左震 左震
Calibrated by

(证书专用章)
Stamp

该二维码非公众号



扫码查证书信息(真伪)

计量校准机构备案号: 粤校备2017B010

地址: 深圳市龙华区大浪街道同胜社区浦华科技园厂房A1层

电话: 0755-28161768/28162768/28166778

传真: 0755-21004376 邮编: 518109

网址: www.szdhjl.com 电子邮箱: szdhjl@163.com

Register No: 粤校备2017B010

Add: 1st Floor, Building A1, Puhua Science and Technology Park, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: 0755-28161768/28162768/28166778

Fax: 0755-21004376 Zip Code: 518109

http://www.szdhjl.com E-mail: szdhjl@163.com



深圳市东华计量检测技术有限公司

Shenzhen Donghua Metrology & Testing Technology Co., Ltd.

证书编号: DH26AA005760001
Certificate No.

证书说明

Certificate Statement

- 1、本校准证书包含的数据和信息仅对本次被校准的计量器具负责。
The calibration certificate contains data and information applies only to the calibrated instrument.
- 2、本公司仅对加盖我司的“证书专用章”的完整证书负责。
The company only Division I stamped “certificate special seal” is responsible for the full certificate.
- 3、未经本公司书面授权, 不得部分复印证书。
The certificate shall not be photocopied without the written authorization of the company.
- 4、本公司使用的计量标准器具均能溯源到 (SI) 国际单位制。
All measurement standards used in our company can be traced to the international system of units (SI).
- 5、本次校准依据的技术文件:
Reference Documents for the Calibration :
JJG 879-2015 紫外辐射照度计检定规程
JJG 879-2015 V.R. of Ultraviolet Irradiance Meters
- 6、本次校准所使用的主要计量标准器具:
Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最大 允许误差 Uncertainty/Accuracy/Class/ Maximum permissible Error	设备编号 Equipment No.	溯源机构 证书编号 Traceability to/ Certificate No.	溯源有效期 Traceability Due Date
紫外辐射照度计	(200~450)nm	$U_{rel}=14\%, k=2$	202004261	深圳市计量质量检测 研究院 JL2514434261	2026-08-20
紫外辐射照度计	(200~450) nm	$U_{rel}=14\%, k=2$	202008650	深圳市计量质量检测 研究院 JL2513332691	2026-08-06
紫外辐射照度计	(200~450) nm	$U_{rel}=14\%, k=2$	202008647	华南国家计量测试中 心 HGX202520599	2026-04-21

7、校准地点: 本公司光学实验室
Operation Location

8、环境条件: 温度 21.6 °C 相对湿度 56 %
Operation Environment Temperature RH



深圳市东华计量检测技术有限公司

Shenzhen Donghua Metrology&Testing Technology Co.,Ltd.

报告编号: DH26AA005760001

ReportNo.

校准结果

Result of Calibration

1、外观及工作状态检查: 正常

Appearance and Operating condition Inspection: Normal

2、相对示值误差 Relative indication error:

标准值 Standard values ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	示值 Indicating value ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	相对误差 Relative error	技术要求 MPE		不确定度 U_{rel} Uncertainty ($k=2$)	结论 Conclusion (Pass/Fail)
			一级	二级		
50	48.6	-2.8%	$\pm 8.0\%$	$\pm 15.0\%$	22%	Pass
101	97.0	-4.0%	$\pm 8.0\%$	$\pm 15.0\%$	22%	Pass
200	192.7	-3.7%	$\pm 8.0\%$	$\pm 15.0\%$	22%	Pass

说明 (Explanation):

1、本次测量结果的不确定度 ($k=2$)。

The uncertainty of the measurement result ($k=2$).

2、本次校准结果不确定度的评估和表述依据JJF1059.1的要求。

The uncertainty of the calibration result is evaluated and expressed according to the requirement of JJF1059.1.

3、根据客户要求和所依据技术文件的规定, 建议复校时间间隔不超过12个月。

According to customers' request and technical documents, the re-check time interval should not exceed 12 months.

——以下空白——
blank below